

Jose Antonio Flores Martinez

Tecnico en Mantenimiento, Calibración y Reparación
de Balanzas electrónicas y otros



BALANZAS
ELECTRONICAS

COTIZACION N° 46-2020

Para : PESQUERA ALTAIR.
Atención : ing. ARMANDO SUAREZ.
De : José Antonio Flores Martínez.
Tco. Electrónico
Asunto : cotización por trabajos en reparación de balanzas electrónicas..
Fecha : 06.07.2020.

Saludos.

Por la presente saludamos, así mismo para hacer llegar cotización sgte.

Código balanza	Descripción.	Costo.
156836-1119	Balanza gramera modelo SUPER 6 de capacidad 15kg x 2gr. Se realiza mantenimiento, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda de carga, se recalibra con pesas patrón de 5kg y 10kg, balanza queda operativa mostrando peso uniforme en todos los lados del platto de pesaje.	S/60.00
160915112	Balanza gramera modelo SUPER SS de capacidad 15kg x 2gr. Se realiza mantenimiento, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda de carga, se recalibra con pesas patrón de 5kg y 10kg, balanza queda mostrando el peso uniforme en todos los lados del plato de pesaje.	S/60.00
154270-0119	Balanza plataforma de capacidad 100kg modelo XK3108B marca PRECIX WEIGHT, balanza presentaba errores de exentricidad de peso de + 3kg, -5kg por lado, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda de carga, se recalibra con pesas patrón de 10kg y 20kg, queda balanza operativa mostrando el peso uniforme en todos los lados de la plataforma de pesaje.	S/100.00
154270-0119	Balanza gramera modelo SUPER 6 de capacidad 15kg x 2gr, se realiza mantenimiento, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda de carga, se recalibra con pesas patrón de 5kg y 10kg.	S/60.00.
0601-01-00648	Balanza gramera modelo SUPER 6 de capacidad 15kg x 2gr, se repara tarjeta electrónica por presentar falla de encendido, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda de carga, se recalibra con pesas patrón de 5kg y 10kg.	S/75.00
10111-70723	Balanza gramera modelo SUPER SS de capacidad 15kg x 2gr, se corrige conexión de entrada de voltaje de batería, se corrige errores de exentricidad de peso en la celda de carga, se recalibra con pesas patrón de 5kg y 10kg, se cambia batería recargable de 6 V 4 A/H.	S/90.00
COSTO TOTAL		S/445.00 + IGV

CONDICIONES DE PAGO.

Factura: contado.

Deposito en cuenta bancaria: S/0011-0271-02-00309353 BBVA

Tiempo de ejecución: inmediata.

Sin otro particular.

Atte.



José Antonio Flores Martinez
TECNICO ELECTRONICO

REPARACIÓN

