



CONSTANCIA DE SERVICIO

Código: F-C-009
Versión: 01
Fecha: 2025-12-26

Nº 000090


Cliente: OCEANO SEAFOOD S.A.	OTI: OTI-398-26
	Fecha: 2026-03-2


Ítem	Información de los equipos intervenidos	Detalles del servicio
	Servicio de: Calibración (X) Mantenimiento () Verificación () Equipo: TERMOMETRO Marca: FULL GAUGE Modelo: MT-512E Serie: 80922-0287-2208 Identificación: 5010.2-THR-011 Ubicación: REEFER B	Alcance: -50 a 150 °C Resolución: 0.1 °C Puntos de calibración: 10 °C - 18 °C - 25 °C Se realizo ajuste del equipo: Si (X) No () En el/los punto(s): — N° de etiqueta: E-05408 Observaciones adicionales: Se Ajusto + 0.5 °C Para Compensar La Temperatura
	Servicio de: Calibración () Mantenimiento () Verificación () Equipo: Marca: Modelo: Serie: Identificación: Ubicación:	Alcance: Resolución: Puntos de calibración: Se realizo ajuste del equipo: () Si () No En el/los punto(s): N° de etiqueta: Observaciones adicionales:
	Servicio de: Calibración () Mantenimiento () Verificación () Equipo: Marca: Modelo: Serie: Identificación: Ubicación:	Alcance: Resolución: Puntos de calibración: Se realizo ajuste del equipo: () Si () No En el/los punto(s): N° de etiqueta: Observaciones adicionales:
	Servicio de: Calibración () Mantenimiento () Verificación () Equipo: Marca: Modelo: Serie: Identificación: Ubicación:	Alcance: Resolución: Puntos de calibración: Se realizo ajuste del equipo: () Si () No En el/los punto(s): N° de etiqueta: Observaciones adicionales:
	Servicio de: Calibración () Mantenimiento () Verificación () Equipo: Marca: Modelo: Serie: Identificación: Ubicación:	Alcance: Resolución: Puntos de calibración: Se realizo ajuste del equipo: () Si () No En el/los punto(s): N° de etiqueta: Observaciones adicionales:

Las características del equipo (como marca, modelo, número de serie, identificación, entre otros) se obtienen directamente de los equipos al momento de llevar a cabo el servicio. Caso no presente se colocará "No indica".

Toda la información colocada en esta constancia del servicio será usada para la emisión de los certificados y/o informes

Se deja constancia que SEIMET S.A.C. ha realizado el servicio solicitado dejando en buen estado los equipos, sistemas, instalaciones, entre otros. Por lo que no se hace responsable de cualquier intervención posterior.


 Responsable del servicio - SEIMET SAC
 Nombre: Miguel Rocca
 Cargo:


 Firma del cliente
 Nombre: Maritza Quispe Motta
 DNI: 10155977